

Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Республике Татарстан"
(ФБУ «ЦСМ Татарстан»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311394

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ С-АМ/07-05-2024/337314849

Лействительно до 06.05.2026 г.

Средство измерений **Прибор радиотехнический подповерхностного зондирования (георадар) ОКО-3**
наименование, тип, модификация средств измерений, регистрационный номер
модификация **АБ-250МЗ, регистрационный номер 79173-20**
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер **051**
в составе **-**

поверено **в полном объеме**

наименование единиц величин, поддиапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

РТ-МП-6853-445-2020 «ГСИ. Приборы радиотехнические подповерхностного зондирования (георадары) ОКО-3. Методика поверки»
наименование и (или) обозначение документа,
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

3.1.ZAM.0506.2012;

регистрационные номера эталонов единиц величин или номер в госреестре, наименование, тип, заводской номер, разряд, класс

или погрешность стандартных образцов, средств измерений, применяемых в качестве эталонов

при следующих значениях влияющих факторов:

Температура окружающего воздуха 19,7 °С, относительная влажность 48,5 %, атмосферное давление 100,2 кПа
перечень влияющих факторов,
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано пригодным к применению.
ненужное зачеркнуть

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений **337314849**

Поверитель

Минневалиев Р.А.

фамилия, инициалы

Знак поверки



Начальник отдела

должность руководителя или другого
уполномоченного лица

подпись

Мингазов И.Р.

фамилия, инициалы

Дата поверки **07.05.2024 г.**

№ счета **5458086**




<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-337314849>

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний не более, м $\pm 0,25$

Поверитель



подпись

Минневалиев Р.А.

инициалы, фамилия

07.05.2024

Средство измерений принадлежит: ООО "Глобал Климат", ИНН 1655210794